

アクトヒブ接種 一時中止のお知らせ

アクトヒブ製品添付の注射針に錆が発生した事例が何例か報告され、製造会社サノフィによる原因究明に時間を要しているため、このたび厚生労働省の通達によりアクトヒブの供給が国内一斉に一旦中止されることとなりました。

つきましては当院でも **2月3日より**当面の間、アクトヒブの接種を一旦中止いたします。

接種再開時期が未定のため患者様には当分の間ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

再開が決まりましたら、あらためてHPにてお知らせいたします。

2020年1月29日 病院長 山崎峰夫